



## نام کیت: ANA Screen 9

نوع نمونه: سرم ، پلاسما ( EDTA ، سیتراته و هپارینه)

## آماده سازی اولیه کیت:

- 1- نمونه های بیماران را به نسبت 1/201 با محلول Sample buffer رقت می دهیم.  
مثال: 5λ sample + 1.0 ml sample buffer
- 2- محلول Wash را به نسبت 1/10 با آب مقطر رقت می دهیم.
- 3- نمونه های کالیبراتور و کنترل نیازی به رقت سازی ندارند.

## روش انجام تست:

- 1- 100λ از کالیبراتور ، کنترل مثبت و منفی و نمونه رقیق شده را به هر یک از ولها اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق ( +18°C to +25°C ) قرار می دهیم.
- 2- بعد از زمان طی شده ، ولها را با 300μL محلول Wash رقیق شده ، 3 بار شستشو می دهیم. در پایان هر مرحله محلول را به مدت 30 تا 60 ثانیه درون ولها قرار داده ، سپس با کاغذ خشک کن قطرات اضافی را خارج می کنیم.
- 3- 100λ از محلول Enzyme Conjugate آماده مصرف را به هر یک از ولها اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق قرار می دهیم.
- 4- بعد از زمان طی شده 3 بار با محلول Wash رقیق شده شستشو می دهیم.
- 5- 100λ محلول Substrate (TMB) را به هر یک از ولها اضافه کرده و به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه می نماییم.
- 6- 100λ محلول Stop را به هر یک از ولها اضافه می کنیم و سپس شدت رنگ حاصله را توسط الیزا ریدر در طول موج 450nm و طول موج مرجع بین 620-650 nm و در کمتر از 30 دقیقه می خوانیم.

## نکات مهم:

- 1- نیم ساعت قبل از شروع آزمایش ، کیت را از یخچال بیرون آورده تا به دمای محیط برسد.
- 2- OD استانداردها و مقادیر کنترلها در تک برگگی Certificate و رنج نرمال جوابها در صفحه 5 بروشور نوشته شده است.
- 3- بهتر است کلیه محلولهایی که نیاز به رقیق سازی دارند به اندازه مصرف روزانه تهیه گردند.

4- این کیت جهت شناسایی نیمه کمی اتوآنتی بادی های nRNP/Sm,Sm,SS-A,SS-B,Scl- Scl  
70,Jo-1,PCNA,PM-,ribosomal P proteins می باشد.

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - پلاک 39 کد پستی: 19118-49913  
تلفن: 021-75437000 فاکس: 22225845

Address: # 39, Dastgerdi (Zafar) St. , Shariati Ave., Tehran ,19118-49913 IRAN

Phone: +98 21 75437 000

FAX: +98 21 22 22 58 45

Website: www.npt.ir

Email: info@npt.ir